



INSUFICIENCIA CARDIACA

ISSN: 1850-1044

ISSN: 1852-3862

revista@insuficienciacardiaca.org

Federación Argentina de Cardiología
Argentina

Blanchet, María Josefina
Dispositivos de asistencia ventricular en insuficiencia cardíaca avanzada
INSUFICIENCIA CARDIACA, vol. 14, núm. 2, 2019, -Junio, pp. 70-82
Federación Argentina de Cardiología
Argentina

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321965792005>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

Dispositivos de asistencia ventricular en insuficiencia cardíaca avanzada

María Josefina Blanchet¹

Resumen

La insuficiencia cardíaca (IC) continúa siendo una enfermedad de alta prevalencia, afectando al 1-2% de la población en países desarrollados y constituye por ello un problema de salud por los altos costos que esto conlleva. A pesar de los avances en el tratamiento farmacológico y mediante dispositivos implantables presenta un pronóstico pobre. Aproximadamente un 5% de los pacientes con diagnóstico de IC se hallan en un estadio avanzado de la enfermedad o estadio D. En las últimas tres décadas el trasplante cardíaco (TC) se ha convertido en el tratamiento de elección para este grupo de altísimo riesgo. Desafortunadamente, un pequeño porcentaje de pacientes cumple con la edad adecuada y con la ausencia de comorbilidades necesarias para poder acceder a este tratamiento, además de la limitante de la escasez de donantes en la actualidad. Debido a ello y a las largas listas de espera a nivel mundial, cada vez es mayor el desarrollo y la utilización de dispositivos de asistencia ventricular (DAV), que han mejorado la supervivencia a corto y largo plazo, dada la calidad de vida de pacientes con esta grave afección, generando una reducción progresiva de la tasa de complicaciones. Estos beneficios no solo aportan una alternativa a pacientes que esperan un TC, sino que permiten a aquellos con contraindicaciones reversibles a disponer del tiempo y la oportunidad de convertirse en candidatos adecuados, o en caso de que esto no sea posible, su final utilización como terapia de destino. Aun así son muchas las limitaciones de estos dispositivos: su costo, su durabilidad, la tasa de complicaciones y su aplicación a un espectro limitado de pacientes. El avance tecnológico para paliar las complicaciones, la mayor experiencia en los centros de manejo y su generalización para permitir un costo más reducido son estrategias que permitirán que la utilización de DAV en los pacientes con IC avanzada se continúe afianzando.

Insuf Card 2019;14(2):70-82

Palabras clave: Dispositivos de asistencia ventricular - Insuficiencia cardíaca - Trasplante cardíaco - Soporte circulatorio mecánico - Complicaciones

Summary

Ventricular assist devices in advanced heart failure

Heart failure (HF) continues to be a highly prevalent disease, affecting 1-2% of the population in developed countries and is therefore a health problem due to the high costs that this entails. Despite advances in pharmacological treatment and implantable devices, it has a poor prognosis. Approximately 5% of patients diagnosed with HF are in an advanced stage of the disease or stage D. In the last three decades, heart transplantation (HT) has become the treatment of choice for this group of very high risk. Unfortunately, a small percentage of patients meet the appropriate age and the absence of comorbidities necessary to access this treatment, in addition to the limitation of the shortage of donors at present. Due to this and the long waiting lists worldwide, the development and use of ventricular assist devices (VAD), which have improved short and long-term survival, due to the quality of life of patients with this serious condition, generating a progressive reduction in the rate of complications. These benefits not only provide an alternative for

¹ Médica cardióloga. Servicio de cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F. Cabral”. Ciudad de Corrientes. Corrientes. República Argentina.

Monografía presentada en el Curso de Posgrado Universitario de Insuficiencia Cardíaca Avanzada. Facultad de Medicina. Universidad Católica Argentina.

Correspondencia: Dra. María Josefina Blanchet
E-mail: josefinablanchet@hotmail.com

Recibido: 30/07/2018

Aceptado: 21/01/2019

Insuf Card 2019; 14(2):70-82

Disponible en <http://www.insuficienciocardiac.org>

patients waiting for a HT, but also allow those with reversible contraindications to have the time and opportunity to become suitable candidates, or in case this is not possible, their final use as therapy of destiny. Even so, there are many limitations of these devices: their cost, their durability, the rate of complications and their application to a limited spectrum of patients. The technological advance to alleviate the complications, the greater experience in the centers of management and its generalization to allow a lower cost are strategies that will allow the use of VAD in patients with advanced HF to continue strengthening.

Keywords: Ventricular assist devices - Heart failure - Heart transplant - Mechanical circulatory support - Complications

Resumo

Dispositivos de assistência ventricular na insuficiência cardíaca avançada

A insuficiência cardíaca (IC) continua a ser uma doença altamente prevalente, afetando 1-2% da população nos países desenvolvidos e, portanto, é um problema de saúde devido aos altos custos que isso acarreta. Apesar dos avanços no tratamento farmacológico e dispositivos implantáveis, tem um mau prognóstico. Aproximadamente 5% dos pacientes com diagnóstico de IC estão em estágio avançado da doença ou estágio D. Nas últimas três décadas, o transplante cardíaco (TC) tornou-se o tratamento de escolha para esse grupo de risco muito alto. Infelizmente, uma pequena porcentagem de pacientes atinge a idade adequada e a ausência de comorbidades necessárias para acessar esse tratamento, além da limitação da falta de doadores no momento. Devido a isso e as longas listas de espera em todo o mundo, o desenvolvimento e uso de dispositivos de assistência ventricular (DAV), que melhoraram a sobrevivência a curto e longo prazo, devido à qualidade de vida dos pacientes com Esta condição séria, gerando uma redução progressiva na taxa de complicações. Esses benefícios não apenas fornecem uma alternativa para pacientes que aguardam um TC, mas também permitem que aqueles com contraindicações reversíveis tenham tempo e oportunidade de se tornarem candidatos adequados ou, caso isso não seja possível, seu uso final como terapia de destino. Mesmo assim, existem muitas limitações desses dispositivos: seu custo, sua durabilidade, a taxa de complicações e sua aplicação a um espectro limitado de pacientes. O avanço tecnológico para aliviar as complicações, a maior experiência nos centros de gestão e sua generalização para permitir um menor custo são estratégias que permitirão que o uso do DAV em pacientes com IC avançada continue fortalecendo-se.

Palavras-chave: Dispositivos de assistência ventricular - Insuficiencia cardíaca - Transplante cardíaco - Suporte circulatório mecânico - Complicações

Introducción

La insuficiencia cardíaca (IC) continúa siendo una enfermedad de alta prevalencia, afectando al 1-2% de la población en países desarrollados y constituye por ello un problema de salud por los altos costos que esto conlleva¹. A pesar de los avances en el tratamiento farmacológico y mediante dispositivos implantables presenta un pronóstico pobre.

Aproximadamente un 5% de los pacientes con diagnóstico de IC se hallan en un estadio avanzado de la enfermedad o estadio D².

La IC avanzada se define actualmente³:

- Presencia de síntomas en reposo o mínimos esfuerzos, clase funcional (CF) III-IV según New York Heart Association (NYHA).
- Clínica compatible con evidencia de congestión y/o hipoperfusión sistémica.
- Disfunción cardíaca severa:

Fracción de eyeción del ventrículo izquierdo (FEVI) <30%.

Ecocardiograma Doppler con patrón pseudonormal o restrictivo en el flujograma mitral.

Aumento de las presiones de llenado izquierdas: pre-

sión de oclusión de la arteria pulmonar >16 mm Hg y/o presión de la aurícula derecha (AD) >12 mm Hg. Aumento de péptidos natriuréticos en ausencia de causas no cardíacas.

- Alteración severa de la capacidad funcional: Intolerancia al ejercicio.
Test de la marcha de 6 minutos <300 metros. Consumo pico de oxígeno <12-14 ml/kg/min.
- Historia de hospitalización por IC descompensada en los últimos 6 meses.
- Presencia de todos los criterios previos a pesar de tratamiento farmacológico óptimo y terapia de resincronización cardíaca.

En las últimas tres décadas, el trasplante cardíaco (TC) se ha convertido en el tratamiento de elección para este grupo de altísimo riesgo. Desafortunadamente, un pequeño porcentaje de pacientes cumple con la edad adecuada y con la ausencia de comorbilidades necesarias para poder acceder a este tratamiento, además de la limitante de la escasez de donantes en la actualidad. Anualmente, se realizan aproximadamente 2200 TC en Estados Unidos y 250-300 en España^{4,5}. Las largas listas de TC han sido el sustrato para el desarrollo de distintos dispositivos de soporte circulatorio mecánico (SCM).

Tanto, los dispositivos de asistencia ventricular (DAV) de corta duración como los de larga duración, han tenido un gran desarrollo en los últimos años; hoy en día su indicación se encuentra bien delimitada como terapia de puente a la recuperación, puente al TC, puente a la decisión, puente a la candidatura o terapia de destino (Tabla 1).

Historia

En el año 1953, se inicia la era moderna de la cirugía cardíaca con la utilización por primera vez del *bypass* cardiopulmonar para recuperación de pacientes con *shock* cardiogénico post cardiotomía, sentando las bases para el posterior desarrollo de los DAV⁶. Hacia la década del 60 los DAV simples comienzan a reemplazar al *bypass* cardiopulmonar en el tratamiento de este gravísimo cuadro. El primer reporte del uso de un ventrículo artificial implantable fue en 1963⁷, consistiendo en un dispositivo neumático que conectaba la aurícula izquierda (AI) a la aorta descendente, proporcionando asistencia ventricular parcial durante 4 días en el posoperatorio de cirugía cardíaca. En 1966, DeBakey utiliza el primer DAV neumático de manera exitosa durante 10 días en el posoperatorio de cirugía cardíaca⁸ y en 1969 se reporta la utilización de un corazón artificial total como puente al TC⁹. Luego de estos hechos se sucedieron décadas de investigación en la búsqueda de dispositivos de implantación sencilla y duradera. En la década del 70, aparece la primera generación de DAV neumáticos extracorpóreos, los cuales podían permanecer colocados durante escasos días por las altas tasas de hemólisis y trombosis, con altos costos y baja efectividad como bomba. En 1984, Novacor implanta de manera exitosa su dispositivo eléctrico y pulsátil como DAV izquierdo como puente al trasplante¹⁰ y, en 1985, se realiza el primer puente al TC exitoso con un corazón artificial tipo Jarvik 7. Comienza entonces la llamada era de las asistencias de primera generación, todas de flujo pulsátil, pero solo 3 subtipos fueron aprobadas por la FDA (*Food and Drugs Administration*) de EEUU, como puente al trasplante:

1) De tipo soporte izquierdo intracorpóreo, siendo el primero en demostrar su eficacia fue el Thoratec IP

LVAS en 1995, un dispositivo neumático; siendo posteriormente lanzado el HeartMate VE/XVE con plato pulsátil eléctrico.

- 2) Dispositivos paracorpóreos de soporte uni o biventricular, neumáticos como el Thoratec PVAD.
- 3) Dispositivos tipo corazón artificial como el Cardiowest conocido en la actualidad como Syncardia. Luego de la publicación del REMATCH la tecnología pulsátil demostró su superioridad sobre el tratamiento médico al poner de manifiesto una reducción del 48% de la mortalidad luego de 12 meses de seguimiento a expensas de una alta tasa de complicaciones con los DAV¹¹.

La segunda generación de dispositivos se centró en un menor tamaño, menor tasa de complicaciones y mayor durabilidad para implementarlos como terapia de destino o puente al trasplante. Aparecieron bombas de flujo continuo y axial como el Jarvik 2000, Heart Assist 5 o Incor de Berlin Heart. El HeartMate II se aprueba en 2008 como puente al trasplante y en 2010 como terapia de destino, con una clara superioridad frente a otros dispositivos pulsátiles^{12,13}. En los últimos años, se ha desarrollado la tercera generación de asistencia ventricular, dispositivos de tipo continuo, pero de tipo centrífugo. Se destaca entre los diferentes dispositivos el HeartWare de implante intrapericárdico, recibiendo su aprobación como puente al trasplante por la FDA en 2012.

El último dispositivo diseñado fue el HeartMate III con pulsatibilidad sobreañadida.

Con respecto al SCM de corta duración, el esfuerzo en su desarrollo se ha orientado a un implante rápido y sencillo por ser necesarios en situaciones agudas, buscando una estabilización como puente a decisión, a recuperación, a implante de un dispositivo de larga duración o al TC. Tienen un papel más limitado y menor evidencia como indicación de puente al trasplante. Algunos de los más utilizados han sido Abiomed AV y BVS 5000 de tipo pulsátil y extracorpóreos, pero con menos de 10 días de duración de soporte. Otros como Thoratec PVAD o Excor Berlin Heart nacieron como dispositivos de larga duración, siendo relegados en la actualidad a dispositivos de corto-mediano plazo. La novedad más reciente en este campo ha sido el CentriMag que permite un soporte uni

Tabla 1. Indicaciones para soporte circulatorio mecánico

Puente a la decisión/ Puente al puente	El uso de SCM de corta duración en pacientes con <i>shock</i> cardiogénico hasta estabilizar parámetros hemodinámicos y la perfusión de órgano blanco para evaluar otras terapias como SCM de larga duración o TC.
Puente a la candidatura	Uso de SCM para mejorar la perfusión, revertir la hipertensión pulmonar o proporcionar tiempo libre de cáncer para que el TC sea elegible.
Puente al trasplante	Uso de asistencia ventricular izquierda o biventricular para mantener al paciente vivo debido a su alta mortalidad antes del TC.
Puente a la recuperación	Uso de asistencia ventricular izquierda o biventricular para mantener al paciente vivo hasta la recuperación de la función ventricular.
Terapia de destino	SCM de larga duración en estadio final de la IC no elegibles para TC.

SCM: soporte circulatorio mecánico. TC: trasplante cardíaco. IC: insuficiencia cardíaca.

o biventricular en posible combinación con un ECMO (*ExtraCorporeal Membrane Oxygenation*: oxigenación por membrana extracorpórea).

Tipos de dispositivos de asistencia ventricular

El objetivo de los diferentes DAV es la restitución de la perfusión tisular, aumentando el suministro sanguíneo; sin embargo, su manejo puede ser un desafío, así como el reconocimiento de las diversas complicaciones que se pueden presentar con su utilización, siendo algunas de ellas una amenaza para la vida. Ya sea, por sus diferentes indicaciones, los médicos tratantes deben familiarizarse con los diferentes tipos de dispositivos, entender su mecanismo de acción, la fisiología relacionada a éstos y la identificación y manejo de complicaciones.

Dependiendo de su indicación, los DAV pueden ser implantados como dispositivos paracorpóreos o extracorpóreos (ubicados fuera del cuerpo del paciente) o de manera intracorpórea, estos últimos pueden ubicarse en el espacio pericárdico o por debajo del diafragma, o pueden ser de tipo percutáneo; independientemente de su forma de implante o su localización, todos los sistemas disponibles en la actualidad presentan controladores externos y fuentes de energía¹⁴.

Se los puede clasificar según el soporte que brinden: al ventrículo izquierdo (VI), al ventrículo derecho (VD) o soporte biventricular. En los casos de pacientes con función cardíaca remanente casi nula y bajas probabilidades de recuperación, un corazón artificial total puede ser una opción, reemplazando por completo la función del corazón nativo.

La forma más frecuente de clasificar los DAV es por la duración para su utilización¹⁵:

- Corta duración: soporte hemodinámico durante días o semanas.
 - Percutáneos: Balón de contrapulsación intra-aórtica, IMPELLA®, TANDEM-Heart®.
 - Quirúrgicos: ECMO-VA, CentriMag.
- Larga duración: soporte hemodinámico que puede extenderse de meses a varios años.
 - INCOR, EXCOR, HeartMate I, HeartMate II, Heart-Ware, HeartMate III.

Dispositivos de asistencia ventricular izquierda de corta duración

En las últimas décadas, estos dispositivos han ganado lugar en el soporte de pacientes con *shock* cardiogénico refractario al tratamiento médico; así como durante la realización de procedimientos de alto riesgo, como revascularización percutánea o ablación de arritmias.

Cuando el método de soporte ventricular es elegido y aplicado de manera adecuada, el mismo puede de manera eficaz ayudar como puente a la recuperación, puente al puente o al TC. Estos dispositivos pueden asistir al VI o

VD y en algunos casos dar asistencia biventricular. Si bien su indicación más frecuente no es la IC avanzada, éstos pueden ser utilizados de manera segura en el evento agudo de este grupo de pacientes, en su estabilización y ser utilizados hasta la decisión de una terapia más dura-dera (puente a la decisión o a terapia de destino) o pueden servir para optimizar al paciente previo implante de un dispositivo de larga duración o realización del TC (puente al puente o puente al TC).

1.- Balón de contrapulsación intra-aórtica

Aunque su eficacia en el marco del *shock* cardiogénico es controversial¹⁶, ya sea como un puente a la recuperación o al TC, continúa siendo un tratamiento de amplia utilización por su mayor disponibilidad al compararlo con otros dispositivos de SCM. Su implante es de menor complejidad, menos invasivo y presenta menor riesgo de complicaciones. Puede mejorar la función cardíaca, disminuyendo la poscarga y mejorando la demanda de oxígeno por el miocardio. Su principal desventaja es su incapacidad para reemplazar la función cardiopulmonar, tanto de manera parcial como total.

Consiste en un balón cilíndrico ubicado en la aorta descendente cercano a la arteria subclavia izquierda, conectado a una bomba externa y consola a través de un catéter flexible (Figura 1). El concepto de contrapulsación diastólica consiste en el inflado del balón durante la diástole y su desinflado en la sístole temprana durante la contracción isovolumétrica¹⁷, aumentando el flujo de las arterias coronarias y disminuyendo la poscarga del VI, generando disminución del consumo de oxígeno por parte del miocardio, aumento del gasto cardíaco y reducción del estrés parietal.

Sus efectos hemodinámicos dependen de: el volumen del balón, los parámetros programados en la consola, posición dentro de la aorta, relación entre el tamaño del balón y la aorta, ritmo y frecuencia cardíaca, por lo que su efecto hemodinámico puede ser variable. Sin embargo, hay suficiente evidencia para asegurar que en pacientes con *shock* cardiogénico la presión sistólica disminuye el 20%, la presión diastólica aumenta el 30%, la presión media pulmonar desciende el 23% y el gasto cardíaco aumenta entre 20-24%. Mejora la perfusión tisular y disminuye el consumo miocárdico de oxígeno, entre sus efectos más importantes¹⁸. Las complicaciones son infrecuentes (0,5%), incluyendo isquemia de miembros inferiores y renal. La mortalidad relacionada a este dispositivo es menor al 0,05%.

2.- Sistema Impella (ABIOMED Inc.)

Se trata de un sistema de flujo axial sobre un catéter, el cual se posiciona a través de la válvula aórtica (Figura 2). El flujo de entrada está localizado en el interior del VI y el de salida en la aorta. De esta manera desprecarga al ventrículo proporcionando un flujo no pulsátil a la aorta ascendente. Existen diversos tipos de Impella: 2.5

Figura 1. Representación esquemática del balón de contrapulsación intra-aórtica.





Figura 2. Representación esquemática del sistema Impella.

(2,5 litros/minuto de flujo), CP (3,5 litros/minuto de flujo), 5.0 (5 litros/minuto de flujo), todos disponibles para su implante percutáneo por vía femoral¹⁹. Las contraindicaciones para su implante son grados moderados o severos de estenosis o insuficiencia valvular aórtica, presencia de defectos del *septum* ventricular, trombo a nivel del VI o enfermedad arterial periférica significativa²⁰.

Sus complicaciones más frecuentes son la isquemia de miembros, la lesión vascular, el sangrado con requerimiento de transfusión y la hemólisis. Cuando se compararon los perfiles de seguridad de este dispositivo y el balón de contrapulsación intra-aórtica no se evidenciaron diferencias entre ambos²¹.

3.- Sistema TandemHeart® (Cardiac Assist)

Sistema de bomba centrífuga externa con una cánula con flujo de entrada ubicada de manera transeptal a nivel de la AI y una cánula con flujo de salida a nivel de la arteria femoral (Figura 3). La sangre oxigenada es bombeada de esta manera a nivel de la arteria femoral y puede proveer un gasto cardíaco de 3,5 a 4,5 litros/minuto. El hecho de requerir una punción transeptal aumenta el riesgo y la complejidad del implante. Las complicaciones más frecuentes son: taponamiento cardíaco, isquemia de miembros inferiores, arritmias y persistencia del defecto septal que puede requerir cierre posteriormente²².

4.- Membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO)

Disponible para su utilización desde el año 1972, supliendo la función tanto cardíaca como pulmonar, dado por el hecho de que la sangre no oxigenada es extraída del organismo mediante un sistema de cánulas y luego de su paso por un oxigenador es devuelta a la circulación sistémica. Este oxigenador es un dispositivo intercambiador de gases que de manera directa oxigena, mientras remueve el dióxido de carbono sanguíneo. El flujo sanguíneo es generado por una bomba centrífuga con alta velocidad de la sangre, generando el mínimo trauma posible de los componentes sanguíneos²⁰, aportando un flujo continuo, no pulsátil de hasta 3,5-4,5 litros/minuto y oxigenación extracorpórea.

Si la sangre es extraída desde una vena central y devuelta al sistema venoso, el proceso es denominado ECMO veno-venoso (ECMO-VV); mientras que si la sangre es extraída desde el sistema venoso y devuelta al sistema arterial, esto se denomina ECMO veno-arterial (ECMO-VA). El primer caso provee un soporte respiratorio, únicamente; mientras que el segundo es utilizado para soporte cardio-respiratorio y es utilizado en situaciones como el *shock* cardiogénico (Figura 4). Sus complicaciones más frecuentes son: hemorragias mayores, accidente




Figura 3. Representación esquemática del sistema TandemHeart.




Figura 4. Representación esquemática del sistema de membrana de oxigenación extracorpórea: ECMO-AV y ECMO-VV²³.

Tabla 2. Diferencias entre modalidades de ECMO

ECMO Veno-arterial	ECMO Veno-venoso
Logra mayores niveles de PaO ₂	Menores niveles de PaO ₂ alcanzados
Requiere menor tasa de perfusión	Mayor tasa de perfusión
Excluye la circulación pulmonar	Mantiene el flujo sanguíneo pulmonar
Disminuye la presión de la arteria pulmonar	Aumenta los niveles de PO ₂ venosa mixta
Provee soporte cardíaco y asiste a la circulación sistémica	No provee soporte cardíaco ni de la circulación sistémica
Requiere canulación arterial	Requiere solo canulación venosa

ECMO: *ExtraCorporeal Membrane Oxygenation*: oxigenación por membrana extracorpórea.

cerebrovascular, fenómenos embólicos, infecciones y disfunción multiorgánica (Tabla 2):

- ECMO-VA: la canulación para este modo de DAV puede realizarse de manera central o periférica. Con la canulación central la sangre es drenada directamente de la AD y devuelta a la aorta ascendente, mientras que con la canulación periférica el flujo sanguíneo se drena del sistema venoso (vena femoral o yugular) de manera quirúrgica o por técnica de Seldinger y devuelta a la circulación arterial por canulación de la arteria carótida, axilar o femoral²³.
- ECMO-VV: de preferencia para soporte pulmonar parcial o total en el manejo de la insuficiencia respiratoria severa con función cardíaca conservada. Ambas cánulas, de drenaje y de retorno se ubican en el sistema venoso.

5.- CentriMag®

Es una bomba centrífuga extracorpórea, de implante quirúrgico, que puede proveer hasta 10 litros/minuto de flujo sanguíneo (Figura 5). Es una bomba continua de tercera

generación con un rotor suspendido magnéticamente. Tiene una fricción mínima por lo que reduce la fuerza de cizallamiento entre glóbulos rojos y su hemólisis. Se halla aprobada su utilización como soporte al VI y VD, colocando una cánula con flujo de entrada a nivel de la AI o AD y con la cánula de salida a nivel de la aorta o arteria pulmonar respectivamente²⁵.

En la Tabla 3 se resumen las contraindicaciones y complicaciones de los DAV de corta duración.

Dispositivos de asistencia ventricular de larga duración

Definiciones

Las siguientes definiciones son importantes para entender el funcionamiento y programación de los diferentes dispositivos disponibles en la actualidad:

- **Velocidad de la bomba (revoluciones por minuto):** determinan la velocidad del flujo de la bomba, se programa en cada dispositivo en función del paciente y a criterio médico.
- **Flujo de la bomba (litros/minuto):** el flujo del dispositivo es directamente proporcional a la velocidad del rotor e inversamente proporcional a la diferencia de presiones entre las cánulas de entrada y salida de la bomba; por lo que en adición a una disminución de las revoluciones por minuto, una disminución del flujo puede estar causada por varias condiciones que disminuyan la precarga del DAV (disminución del volumen intravascular, fallo del VD, taponamiento, obstrucción de la cánula de entrada).
- **Poder de la bomba (*pump power*):** es una medida de la energía y voltaje aplicado al motor, varía con la velocidad y el flujo de la misma.
- **Índice de pulsatibilidad:** corresponde a la magnitud del flujo a través de la bomba, nos da una aproximación de cuanto está colaborando el VI al flujo generado. Fluctúa con cambios en los volúmenes y de la contractilidad cardíaca, a mayor índice de pulsatibilidad mayor es la precarga o la contractilidad del ventrículo.



Figura 5. Representación del CentriMag.

Tabla 3. Dispositivos de asistencia ventricular de corta duración

Dispositivo	Contraindicaciones	Complicaciones
Balón de contrapulsación intra-aórtica	Insuficiencia aórtica moderada-severa. Disección aórtica. Aneurisma de aorta abdominal	Trombocitopenia. Trombosis, disección o rotura aórtica. Embolismo gaseoso.
ECMO	Ventilación mecánica >7 días.	Trombosis del circuito. Embolismo gaseoso. Dilatación del VI.
Centrimag	Sangrado activo.	Eventos tromboembólicos. Embolismo gaseoso.
TandemHeart	Defectos septales ventriculares. Insuficiencia aórtica moderada-severa. Contraindicación para anticoagulación.	Migración de la cánula. Taponamiento cardíaco. Tromboembolismo. Defectos septum interauricular.
Impella	Trombo en VI. Enfermedad valvular aórtica moderada-severa. TIA/ACV reciente. Contraindicación para anticoagulación.	Hemólisis. Migración del dispositivo. Insuficiencia aórtica. Arritmias ventriculares. Taponamiento cardíaco.
Todos los DAV	Enfermedad arteria periférica severa. Sepsis. Contraindicación para anticoagulación	Sangrado. Injuria vascular. Infección. Injuria neurológica.

ECMO: *ExtraCorporeal Membrane Oxygenation*: oxigenación por membrana extracorpórea. VI: ventrículo izquierdo. DAV: dispositivo de asistencia ventricular. TIA/ACV: accidente isquémico transitorio/accidente cerebrovascular.

Tipos de dispositivos

Los DAV actualmente disponibles se han clasificado en tres generaciones en función del orden en que han sido desarrollados y el tipo de mecanismo de bombeo que utilizan:

1.- *Dispositivos de primera generación o de flujo pulsátil*: fueron los primeros en desarrollarse, también llamadas bombas de desplazamiento positivo. Se caracterizaron por su gran tamaño para pacientes de superficie corporal mediana y por presentar en su diseño diferentes partes expuestas al riesgo de falla mecánica (válvulas, conductos de entrada y salida, etc.). Eficaces para vaciar el VI y mantener una circulación sistémica con capacidad de bombeo de hasta 10 litros/minuto. Ejemplos de estos DAV son: HeartMate I o XVE y Novacor VAD. Se los implanta de manera quirúrgica a nivel abdominal en un bolsillo bajo el músculo recto del abdomen o de manera preperitoneal y son conectados al VI y a la aorta ascendente²⁶. En la mayoría de los estudios en que fueron evaluados la duración máxima de soporte no ha superado los 6 meses, la mayoría oscilando entre 50-60 días²⁷.

2.- *Dispositivos de segunda generación o de flujo continuo (axial)*: mucho más pequeños, de mayor duración y menor complejidad para su implante en comparación con los de primera generación. Ejem-

tos de estos dispositivos son: HeartMate 2 VAD (Thoratec Inc.), Jarvik 2000 (Jarvik Heart Inc., New York), Micromed Debakey VAD and Berlin Heart Incor (Berlin Heart AG). La única parte móvil del DAV es el rotor, por lo que su durabilidad es mayor. Su utilización requiere de doble terapia antiagregante plaquetaria y anticoagulante. El HeartMate 2 es el DAV de segunda generación mayormente colocado, aprobado por la FDA como puente al trasplante en 2008 y como terapia de destino en 2010.

3.- *Dispositivos de tercera generación o de flujo continuo (centrífugo)*: son DAV de pequeño tamaño en los cuales el rotor está suspendido de manera magnética. Ejemplos de este grupo de dispositivos son HeartWare y HeartMate III. Ambos son de implante intrapericárdico por lo que no es necesaria la realización de un bolsillo abdominal o pre-peritoneal.

La Tabla 4 describe las características de los DAV de larga duración y la Figura 6 muestra una representación esquemática de los diferentes DAV de larga duración.

Selección del paciente

Los pacientes candidatos a SCM son aquellos con IC avanzada definida previamente. Esta definición abarca un espectro amplio de pacientes con diferentes presentaciones clínicas, gravedad y pronóstico, es por ello que el grupo INTERMACS ha desarrollado una

Tabla 4. Características de los DAV de larga duración

Dispositivo	Diseño	Funcionamiento	Pulsatibilidad	Posición	Peso (g)	Flujo máximo (l/min)
HeartMate II	Axial	Mecánico	No	Pre peritoneal/intraabdominal	281	10
Jarvik 2000	Axial	Mecánico	Si	Pericárdico	90	7
Incor	Axial	Hidrodinámico	No	Pericárdico	200	8
HeartWare	Centrífugo	Hidrodinámico	No	Pericárdico	145	10
HeartMate III	Centrífugo	Magnético	Si	Pericárdico	200	10

DAV: dispositivo de asistencia ventricular.

clasificación en 7 estadios para subclásificar a estos pacientes (Tabla 5).

En los pacientes con un perfil INTERMACS 1 y 2, el implante de DAV de larga duración debe ser evitada por su baja supervivencia; en su lugar deben considerarse dispositivos de corta duración. El grupo INTERMACS 3 son los pacientes que más beneficio obtienen de los DAV de larga duración.

Con respecto a los pacientes con IC ambulatoria y

no dependiente de terapia con inotrópicos (perfil de INTERMACS ≥ 4), el ROADMAP²⁸ evaluó la terapia de DAV de larga duración en comparación con el tratamiento médico óptimo. Se evidenció una mejoría de la supervivencia y del *estatus* funcional al año de seguimiento en los pacientes tratados con asistencia ventricular; sin embargo, los eventos adversos fueron el doble en este grupo de tratamiento.

El *score* de riesgo HeartMate II fue desarrollado para




Figura 6. Representación esquemática de los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración: **a.** HeartMate II LVAD (Thoratec Corp). **b.** HeartWare LVAD (HeartWare Inc.). **c.** Corazón total artificial SynCardia. **d.** INCOR (Berlin Heart; Berlin, Alemania). **e.** Jarvik 2000. **f.** HeartMate III (Thoratec Corp).

Tabla 5. Clasificación en 7 estadios de pacientes. Descripciones de perfil de INTERMACS

Perfil	Descripción	Características	Tipo de SCM
1	Shock cardiogénico crítico	Hipotensión con peligro para la vida y aumento rápido del requerimiento de fármacos presores, hipoperfusión de órganos cruciales con empeoramiento de la acidosis y concentración del lactato.	DAV en corta duración o ECMO-VA
2	Deterioro progresivo	Deterioro de la función orgánica a pesar del soporte inotrópico endovenoso, se manifiesta como empeoramiento de la función renal, depleción nutricional e incapacidad para restablecer el equilibrio de volumen	DAV de corta duración o DAVLD
3	Estable pero dependiente de inotrópicos	Estabilidad de la presión arterial, función orgánica, nutrición y síntomas con un soporte inotrópico endovenoso continuo (o con un DAV) pero con fallos repetidos al intento de retiro de la asistencia debida a hipotensión arterial o disfunción renal.	DAVLD
4	Síntomas en reposo con tratamiento oral domiciliario	Presenta diariamente síntomas de congestión. Dosis de diuréticos que fluctúan en valores muy altos. Considerar estrategias de tratamiento y vigilancias más intensas. Puede oscilar entre el perfil 4 y 5.	DAVLD
5	No tolera el ejercicio	Se encuentra cómodo en reposo pero no puede realizar ninguna actividad y se halla confinado a su domicilio.	Considerar DAVLD
6	Capacidad de ejercicio limitada	Cómodo en reposo, sin signos de sobrecarga hídrica, capaz de realizar cierta actividad ligera. Las actividades de la vida cotidiana resultan cómodas, pueden visitar a un amigo o salir a cenar pero se produce la fatiga a los pocos minutos.	Considerar DAVLD
7	Clase funcional NYHA III avanzada	Clínicamente estable con un razonable nivel de actividad cómoda, con antecedente de descompensación que no es reciente. Puede caminar más de una manzana. Cualquier descompensación que requirió diuréticos endovenosos u hospitalización en el mes anterior lo coloca en el perfil 6.	No considerar DAVLD

INTERMACS: *Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support* (NYHA): registro interinstitucional de asistencia circulatoria asistida mecánicamente. DAV: dispositivo de asistencia ventricular. DAVLD: dispositivo de asistencia ventricular de larga duración. NYHA: New York Heart Association.

predecir el riesgo de pacientes candidatos al implante de este DAV de larga duración, ya sea como terapia de destino o como puente al TC. Se identificaron a variables como: hipoalbuminemia, fallo renal, experiencia del centro donde se lleve a cabo el implante y la edad del paciente como factores de riesgo para mortalidad a 90 días²⁹.

En el octavo reporte anual del INTERMACS, se han reportado más de 20.000 pacientes con implante de DAV de larga duración de más de 180 hospitales³⁰. Con una tasa de implante de 2.500 dispositivos por año. De los 18.987 DAV al VI implantados, más del 90% han sido de tipo continuo.

Desde 2013, bombas tanto centrífugas como axiales, han sido utilizadas. Aproximadamente el 50% de los dispositivos son implantados como terapia de destino, el 26% lo representan pacientes en lista de espera para TC y el 23% pacientes en estrategia de puente a la candidatura. El porcentaje de pacientes con implante de DAV durante un cuadro de shock cardiogénico se ha estabilizado en un 14-16% desde el año 2008, la mayor proporción la constituyen pacientes con perfil 3 (estables pero con requerimiento de inotrópicos) representando el 38% del total de los implantes. Los perfiles

4 a 7 (considerados IC ambulatoria) han disminuido a un 12,8% del total de implantes (Tabla 5).

Evidencia clínica

Los DAV de larga duración fueron evaluados inicialmente como puente al TC en los pacientes en listas de espera, a medida que los dispositivos se volvieron más duraderos, portátiles, más sencillos de programar su aplicación como terapia de destino se ha vuelto cada vez más frecuente.

En la Tabla 6 se resumen los principales estudios clínicos que han evaluado la supervivencia en estos dispositivos³¹.

El estudio REMATCH¹¹ publicado en 2001 fue la piedra angular para establecer el beneficio del tratamiento con DAV de larga duración en pacientes con IC avanzada, aunque este estudio demostró una mejoría en la supervivencia, la durabilidad y tasa de complicaciones asociadas al HeartMate XVE fue subóptima. Estudios realizados posteriormente con dispositivos de flujo continuo (Heart-Mate II y HeartWare) demostraron un claro beneficio en la supervivencia a un año³²⁻³⁴. La expansión de la indicación como terapia de destino se inició en 2010 con la

Tabla 6. Estudios clínicos publicados sobre los dispositivos de asistencia ventricular izquierda

Estudio, año	N	Dispositivo	Indicación	Diseño del estudio	Población de pacientes	Resultado
REMATCH, 2001 ¹¹	129	HeartMate XVE	TD	Prospectivo 1:1 HeartMate XVE vs terapia médica	Pacientes en CF IV(NYHA) por 60 días, FEVI <25%, y pico de consumo de oxígeno <14 ml/min/kg (a menos que tenga colocado un balón de contrapulsación, inótrropos EV o físicamente incapaz de realizar prueba de ejercicio), o un balón de contrapulsación intraaórtico o dependiente de inotrópicos EV por 14 días	Sobrevida del 52% y 23% con 1 y 2 años con HeartMate XVE vs 25% y 8% con terapia médica
INTREPID, 2007 ³¹	55	Novacor	TD	Prospectivo no aleatorio	Pacientes dependientes de inotrópicos	Sobrevida del 27% con 1 año con Novacor vs 11% con terapia médica
HeartMate II, 2009 ¹²	192	HeartMate II	TD	Prospectivo aleatorio 2:1 HeartMate II vs HeartMate XVE	Pacientes en CF IIIIB o IV (NYHA) por >45 en los últimos 60 días, FEVI <25%, y pico de consumo de oxígeno <14 ml/min/kg (a menos que tenga colocado un balón de contrapulsación, inótrropos EV o físicamente incapaz de realizar prueba de ejercicio), o un balón de contrapulsación intraaórtico o dependiente de inotrópicos EV por 14 días	Sobrevida del 68% y 58% con 1 y 2 años con HeartMate II vs 55% y 24% con HeartMate XVE
HeartMate II post aprobación, 2014 ³¹	247	HeartMate II	TD	Prospectivo no aleatorio	Pacientes consecutivos elegibles para TD en INTERMACS	Sobrevida del 74% y 61% con 1 y 2 años con HeartMate II
HeartMate II, 2007 ³³	133	HeartMate II	PPT	Prospectivo no aleatorio	Candidatos a trasplante	Sobrevida del 75% al trasplante, recuperación o apoyo continuo, aunque sigue siendo elegible para trasplante a 6 meses
HeartMate II post aprobación, 2011 ³¹	169	HeartMate II	PPT	Prospectivo no aleatorio	Pacientes consecutivos elegibles para trasplante en INTERMACS	Sobrevida del 90% al trasplante, recuperación o soporte continuo a 6 meses
ADVANCE, 2012 ³⁴	137	DAVH	PPT	Prospectiva no aleatoria. DAVH en comparación con 499 pacientes que recibieron DAVI aprobados por la FDA en INTERMACS	Candidatos a trasplante	Sobrevida del 90,7% al trasplante, recuperación o soporte continuo con el dispositivo original vs 90,1% en el grupo control a los 6 meses

N: número de pacientes. CF: clase funcional. NYHA: New York Heart Association. PPT: puente para trasplante. TD: terapia de destino. FEVI: fracción de eyeción del ventrículo izquierdo. EV: endovenoso. FDA: Food and Drug Administration. DAVH: dispositivo de asistencia ventricular HeartWare. INTERMACS: Registro Interinstitucional de soporte de Asistencia Circulatoria Mecánica. INTREPID: investigación de pacientes no elegibles para trasplante que son dependientes de inotrópicos. DAVI: dispositivo de asistencia ventricular izquierda. REMATCH: evaluación aleatoria de la asistencia mecánica para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ADVANCE: evaluación del dispositivo de asistencia ventricular HeartWare para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada.

aprobación del HeartMate II por la FDA y desde 2012 el número de implante con esta finalidad ha superado a la indicación de puente al TC³⁰. La evidencia más reciente con el dispositivo de tercera generación (HeartMate III) fue reportada de 10 centros de Europa, Australia y Canadá, en un estudio prospectivo, no randomizado. En esta experiencia inicial en 50 pacientes, los investigadores reportaron una supervivencia libres de *stroke* o de necesidad de cambio de dispositivo del 92%³⁵. Actualmente, se está llevando a cabo el estudio que compara la no inferioridad de HeartMate III con HeartMate II como puente al trasplante o como terapia de destino.

continuo implantados³⁶, obstruyendo tanto la cánula de entrada como la de salida. La trombosis puede originarse en el mismo dispositivo o ser arrastrado desde otro lugar hasta el interior del mismo³⁷. Este cuadro puede darse aun en pacientes que se hallan correctamente anticoagulados y antiagregados por el estado de crónico de hipercoagulabilidad que generan los DAV. La trombosis del dispositivo puede manifestarse como un cuadro de *shock* cardiogénico y a la auscultación cardíaca pueden identificarse ruidos ásperos generados por el trombo en el dispositivo. A nivel del laboratorio, se puede evidenciar aumento de los niveles de LDH por la intensa hemólisis que esto genera. La radiografía de tórax puede poner de manifiesto una malposición de las cánulas de entrada o salida, o signos de congestión pulmonar, acompañando el cuadro de IC descompensada. En el ecocardiograma Doppler, la presencia de dilatación del VI, la presencia de insuficiencia mitral severa y la apertura frecuente de la válvula aórtica indican una descarga subóptima y deben hacer sospechar este diagnóstico³⁸. Para su tratamiento se puede considerar la

Complicaciones de los DAV de larga duración

Trombosis del DAV

En estos pacientes, una de las causas de estado de bajo gasto cardíaco es la trombosis del dispositivo, que ocurre en aproximadamente el 8% de los DAV de flujo

optimización del tratamiento anticoagulante, la terapia fibrinolítica, el reemplazo del dispositivo o el TC de manera urgente.

Fallo agudo de ventrículo derecho

Ocurre en el 5-10% de los pacientes luego del implante de un DAV de larga duración³⁹. Los elementos de sospecha en el ecocardiograma Doppler incluyen la dilatación de cavidades derechas y deterioro de la función sistólica, la presencia de insuficiencia tricuspídea y disminución de la excursión del anillo tricuspídeo. Mientras que en el cateterismo cardíaco derecho se manifiesta como un aumento de las presiones pulmonares y presión venosa central con una presión de oclusión de la arteria pulmonar normal. Para su manejo, el inicio de fármacos inotrópicos como dobutamina, milrinona o norepinefrina es frecuente. Si el tratamiento farmacológico no logra la mejoría del cuadro se debe considerar el implante de DAV de corta duración derecha como Impella RP o TandemHeart, hasta la recuperación o como puente al implante de asistencia de larga duración al VD⁴⁰.

Sangrado gastrointestinal

La incidencia reportada de esta complicación es del 22 al 40%⁴¹. Se ha postulado que las causas de esta frecuente complicación son las alteraciones en los patrones de flujo sanguíneo, especialmente con los dispositivos de flujo continuo y la deficiencia adquirida del factor de Von Willebrand. La apertura mínima o nula de la válvula aórtica genera en estos pacientes patrones similares a los observados en aquellos con estenosis aórtica severa (síndrome de Heyde), provocando curvas de pulso anormales, hipoperfusión intestinal, distensión de los plexos venosos submucosos del tracto gastrointestinal, llevando a la angiodisplasia, malformaciones arteriovenosas y sangrado.

Infección y sepsis

Los dispositivos de flujo continuo tienen una tasa menor de infecciones en comparación con los pulsátiles; a pesar de esto, las tasas de infección constituyen una complicación frecuente (30-50% de los dispositivos implantados)⁴². Los pacientes con el DAV, por indicación como terapia de destino, tienen mayor frecuencia de infecciones que por puente para TC, dado que tienden a tener más edad, estado de la enfermedad más avanzado y duración más prolongada de asistencia ventricular. El diagnóstico y manejo de sepsis se realiza con los mismos criterios e indicaciones que para la población general.

Conclusiones

El TC continúa siendo el mejor tratamiento disponible para pacientes con IC avanzada; sin embargo, debido

a la escasez de donantes y las largas listas de espera a nivel mundial, el desarrollo y la utilización cada vez mayor de DAV ha mejorado la supervivencia a corto y largo plazo, dada la calidad de vida de pacientes con esta grave afección, generando una reducción progresiva de la tasa de complicaciones. Estos beneficios no sólo aportan una alternativa a pacientes que esperan un TC, sino que permiten a aquellos con contraindicaciones reversibles a disponer del tiempo y la oportunidad de convertirse en candidatos adecuados, o en caso de que esto no sea posible, su final utilización como terapia de destino. Aun así, son muchas las limitaciones de estos dispositivos: su costo, su durabilidad, la tasa de complicaciones y su aplicación a un espectro limitado de pacientes. El avance en la tecnología para paliar las complicaciones, la mayor experiencia en los centros de manejo y su generalización para permitir un costo más reducido son estrategias que permitirán que la utilización de DAV en los pacientes con IC avanzada se continúe afianzando.

Recursos financieros

La autora no recibió ningún apoyo económico para la investigación.

Conflictos de intereses

La autora declaró no tener conflicto de intereses.

Referencias bibliográficas

1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur J Heart Fail 2016;18:891-975.
2. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2013;62: e147-e239.
3. Metra M, Ponikowski P, Dickstein K, et al. Advanced chronic heart failure: A position statement from the Study Group on Advanced Heart Failure of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail 2007;9:684-694.
4. Lund LH, Edwards LB, Kucheryavaya AY, et al. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation. Thirty-second Official Adult Heart Transplantation Report-2015. J Heart Lung Transplant 2015;34:1244-1254.
5. Gonzalez-Vilchez F, Segovia Cubero J, Almenar L, et al. Spanish Heart Transplantation Registry. 26th Official Report of the Spanish Society of Cardiology Working Group on Heart Failure and Heart Transplantation (1984-2014). Rev Esp Cardiol 2015;68:1008-1021.
6. Gibbon JH Jr. Application of a mechanical heart and lung apparatus to cardiac surgery. Minn Med 1954;37:171-185.
7. Liotta D, Hall CW, Henly WS, Cooley DA, Crawford ES, DeBakey ME. Prolonged assisted circulation during and after cardiac or aortic surgery prolonged partial left ventricular

- bypass by means of intracorporeal circulation. *Am J Cardiol* 1963;12:399-405.
8. DeBakey ME. Left ventricular bypass pump for cardiac assistance. Clinical experience. *Am J Cardiol* 1971;27:3-11.
 9. Cooley DA, Liotta D, Hallman GL, Bloodwell RD, Leachman RD, Milam JD. Orthotopic cardiac prosthesis for two-staged cardiac replacement. *Am J Cardiol* 1969;24:723-730.
 10. Portner PM, Oyer PE, Pennington DG, et al. Implantable electrical left ventricular assist system: bridge to transplantation and the future. *Ann Thorac Surg* 1989;47:142-150.
 11. Rose EA, Gelijns AC, Moskowitz AJ, Heitjan DF, Stevenson LW, Dembitsky W, et al. Long-term use of a left ventricular assist device for end-stage heart failure. *N Engl J Med* 2001;345:1435-43.
 12. Slaughter MS, Rogers JG, Milano CA, Russell SD, Conte JV, Feldman D, et al. Advanced heart failure treated with continuous-flow left ventricular assist device. *N Engl J Med* 2009;361:2241-51.
 13. Pagani FD, Miller LW, Russell SD, Aaronson KD, John R, Boyle AJ, et al. Extended mechanical circulatory support with a continuous-flow rotary left ventricular assist device. *J Am Coll Cardiol* 2009;54:312-21.
 14. Sen A, Larson JS, Kashani KB, et al. Mechanical circulatory assist devices: a primer for critical care and emergency physicians. *Critical Care* 2016;20:153.
 15. Sanchez-Enrique C, Jorde UP, Gonzalez-Castello J. Heart Transplant and Mechanical Circulatory Support in Patients With Advanced Heart Failure. *Rev Esp Cardiol* 2017;70:371-81.
 16. Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, et al. Intraaortic balloon support for myocardial infarction with cardiogenic shock. *N Engl J Med* 2012;367:1287-96.
 17. Capoccia M, Bowles CT, Pepper JR, et al. Evidence of clinical efficacy of counter pulsation therapy methods. *Heart Fail Rev* 2015; 20(3):323-35.
 18. Khir AW, Price S, Henein MY, et al. Intra-aortic balloon pumping: effects on left ventricular diastolic function. *Eur J Cardiothorac Surg* 2003; 24:277-282.
 19. Takayama H, Truby L, Takeda K, et al. Short-Term Ventricular Assist Devices: Implantable and Percutaneous. *Curr Surg Rep* 2014; 2:58.
 20. Gilani FS, Farooqui S, Doddamani R, et al. Percutaneous Mechanical Support in Cardiogenic Shock: A Review. *Clinical Medicine Insights: Cardiology* 2015;9(S2) 23-28.
 21. Boudoulas KD, Pederzoli A, Saini U, et al. Comparison of Impella and intraaortic balloon pump in high-risk percutaneous coronary intervention: vascular complications and incidence of bleeding. *Acute Card Care* 2012;14(4):120-4.
 22. Naidu SS. Novel percutaneous cardiac assist devices: the science of and indications for hemodynamic support. *Circulation* 2011; 123(5):533-43.
 23. Sidebotham D, McGeorge A, McGuinness S, Edwards M, Willcox T, Beca J. Extracorporeal membrane oxygenation for treating severe cardiac and respiratory failure in adults: part 2-technical considerations. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 2010;24(1):164-72.
 24. Cove ME, MacLaren G. Clinical review: MCS for cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction. *Crit Care* 2010;14:235;
 25. Gilotra NA, Stevens GR. Temporary Mechanical Circulatory Support: A Review of the Options, Indications, and Outcomes. *Clinical Medicine Insights: Cardiology* 2014;8(S1):75-85.
 26. Patel ND, Weiss ES, Schaffer J, Ullrich SL, Rivard DC, Shah AS, et al. Right heart dysfunction after left ventricular assist device implantation: a comparison of the pulsatile HeartMate I and axial-flow HeartMate II devices. *Ann Thorac Surg* 2008;86(3):832-840.
 27. Frazier OH, Rose EA, Oz MC, et al. Multicenter clinical evaluation of the HeartMate vented electric left ventricular assist system in patients awaiting heart transplantation. *J Thoracic Cardiovasc Surg* 2001;122: 1186-1195.
 28. Estep JD, Starling RC, Horstmann DA, et al. Risk Assessment and Comparative Effectiveness of Left Ventricular Assist Device and Medical Management in Ambulatory Heart Failure Patients: Results from the ROADMAP Study. *J Am Coll Cardiol* 2015;66:1747-1761.
 29. Cowger J, Sundareswaran K, Rogers JG, et al. Predicting survival in patients receiving continuous flow left ventricular assist devices: the HeartMate II risk score. *J Am Coll Cardiol* 2013;61: 313-321.
 30. Kirklin JK, Pagani FD, Kormos RL, et al. Eighth annual INTERMACS report: Special focus on framing the impact of adverse events. *J Heart Lung Transplant* 2017;36:1080-1086.
 31. Mancini D, Colombo PC. Left Ventricular Assist Devices. *J Am Coll Cardiol* 2015;65:2542-65.
 32. Slaughter MS, Rogers JG, Milano CA, et al., for the HeartMate II Investigators. Advanced heart failure treated with continuous-flow left ventricular assist device. *N Engl J Med* 2009; 361:2241-51.
 33. Miller LW, Pagani FD, Russell SD, et al., for the HeartMate II Clinical Investigators. Use of a continuous-flow device in patients awaiting heart transplantation. *N Engl J Med* 2007;357:885-96.
 34. Aaronson KD, Slaughter MS, Miller LW, et al., for the HeartWare Ventricular Assist Device (HVAD) Bridge to Transplant ADVANCE Trial Investigators. Use of an intrapericardial, continuous flow, centrifugal pump in patients awaiting heart transplantation. *Circulation* 2012;125:3191-200.
 35. Netuka I, Sood P, Pya Y, et al. Fully magnetically levitated left ventricular assist system for treating advanced HF: a multicenter study. *J Am Coll Cardiol* 2015;66:2579-89.
 36. Mehra MR, Stewart GC, Uber PA. The vexing problem of thrombosis in longterm mechanical circulatory support. *J Heart Lung Transplant* 2014;65(1):1-11.
 37. Najjar SS, Slaughter MS, Pagani FD, et al. An analysis of pump thrombus events in patients in the HeartWare ADVANCE bridge to transplant and continued access protocol trial. *J Heart Lung Transplant* 2014;33(1):23-34.
 38. Adatya S, Masri C, John R, Eckman P. Loading conditions influence reliability of the echocardiographic ramp test in continuous-flow left ventricular assist devices. *J Heart Lung Transplant* 2013;32(11):1142-4.
 39. Morgan JA, Paone G, Nemeh HW, et al. Impact of continuous-flow left ventricular assist device support on right ventricular function. *J Heart Lung Transplant* 2013;32(4): 398-403.
 40. Goldstein JA, Kern MJ. Percutaneous mechanical support for the failing right heart. *Cardiol Clin* 2012;30(2):303-10.
 41. Morgan JA, Paone G, Nemeh HW, et al. Gastrointestinal bleeding with the HeartMate II left ventricular assist device. *J Heart Lung Transplant* 2012;31(7):715-8.
 42. Nienaber J, Wilhelm MP, Sohail MR. Current concepts in the diagnosis and management of left ventricular assist device infections. *Expert Rev AntiInfect Ther* 2013;11(2):201-10.